



Разяснения във връзка с писмено зададени въпроси по Публичната покана с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на

Обособена позиция 1.

1. Етикетираща машина към линия за пълнене на флакони от 250 до 1500 ml- 1 брой;
2. Етикетираща машина към линия за пълнене на флакони от 40 до 250 ml- 1 брой.

Обособена позиция 2.

1. Линия за автоматично разфасоване в кашони – 1 брой.

Обособена позиция 3.

1. Двухкамерна система с лентова везна за контрол на бурканчета- 1 брой;
2. Двухкамерна система с лентова везна за контрол на флакони- 1 брой.

Обособена позиция 4.

1. СІР-система - 1 брой.

Обособена позиция 6.

1. Автоматична титрувална система- 1 брой.

Обособена позиция 7.

1. Вакуумна камера за изпитване на херметичност- 1 брой.

Обособена позиция 8.

1. Автоматичен лабораторен поляриметър - 1 брой.

Обособена позиция 9.

1. Диспергиращ хомогенизатор- 1 брой.

Обособена позиция 10.

1. Климатичен шкаф с тест за фотостабилност- 1 брой.

Въпроси по предмета на обособена позиция 6.

Въпрос 1: В минималните изисквания на техническата спецификация на обособена позиция 6: 1. Автоматична титрувална система- 1 брой. Има изискване за обемно Карл Фишер титруване. Бихте ли уточнили, дали офертата трябва да съдържа всички необходими за извършване на този тип титруване принадлежности, като: Карл Фишер стенд с бъркалка и възможност за дозиране на разтворител и отсифониране съдържанието на съда, Карл Фишер електрод, титрувален съд и др.?

Отговор 1: Да, офертата трябва да съдържа всички необходими за извършване на този тип титруване принадлежности, като: Карл Фишер стенд с бъркалка и възможност за дозиране на разтворител и отсифониране съдържанието на съда, Карл Фишер електрод, титрувален съд и др. по усмотрение на участника, така, че да се гарантира безпроблемно извършване на обемно титруване по метода на Карл Фишер.

Въпрос 2: В техническата спецификация не са посочени типовете на титруване по отношение на химизма на реакциите и съответно какви електроди трябва да бъдат предложени в офертата. Бихте ли уточнили, какви електроди трябва да се предложат и за какъв вид анализ да са предназначени?

Отговор 2: Анализите, които са предвидени да се извършват с оборудването и съответно електродите, които съответно трябва да бъдат предвидени са:

----- www.eufunds.bg -----

- измерване на рН във вискозни проби като шампоани, балсами и емулсии с подходящ специално предназначен комбиниран рН електрод;
- неводно титруване (титрант алк КОН и HClO₄ в оцетна киселина) с подходящ специално предназначен комбиниран рН електрод;
- аргентометрично титруване с титрант Сребърен нитрат с подходящ специално предназначен комбиниран аргентометричен електрод;
- двуфазно титруване за определяне на Анионни Повърхностно Активни Вещества с подходящ специално предназначен електрод.

Въпрос 3: В съответствие с горния въпрос, моля уточнете и броя дозиращи бюрети и техния желан обем?

Отговор 3: Два броя бюрети с обем от 10 мл и два броя бюрети с обем от 20 мл.

Въпрос 4: Офертата трябва ли да съдържа реактиви, титранти, електролити, буферни разтвори и др. и в какъв обем?

Отговор 4: Офертата трябва да съдържа достатъчно количество реактиви, титранти, електролити, буферни разтвори и др., така че да се изпълни и гарантира безпроблемното пускане в действие на системата и обучението за работа с нея.

Въпроси по предмета на обособена позиция 1.

Въпрос 5. Желая да получим, снимков материал или чертежи на флаконите и на етикетите, които ще бъдат използвани с оборудването по Обособена позиция 1.

Отговор 5. Към разясненията е приложен снимков материал (11 снимки) на флаконите и етикетите, които ще бъдат използвани с оборудването по обособена позиция 1

Забележка:

Въпросите и отговорите са подредени по реда на тяхното постъпване.